

# VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION

## Risk för falskt höga glukosnivåer vid blodglukosmätning

Patientnamn

Använd **ENDAST** blodglukosmätare och teststickor som är glukosspecifika. Dessa metoder är vanliga i kliniska laboratorier. Kontakta importören av glukosmätare och teststickor för att fastställa att rätt metod används.

Använd **INTE** glukosmätare eller teststickor som använder enzymet glukos-dehydrogenas pyrroloquinolinquinon (GDH-PQQ) eller glukos-dye-oxidoreduktas. Vissa glukosmätare och teststickor som använder glukos-dyehydrogenas flavin-adenin-dinucleotid (GDH-FAD), ska ej heller användas. Pga maltosinterferens kan det resultera i felaktigt förhöjda värden av blodglukosnivåer hos patienter som använder **EXTRANEAL** (icodextrin 7,5 %). Falskt förhöjda blodglukosvärden kan maskera en äkta hypoglykemi eller orsaka en felaktig diagnos av hyperglykemi vilket kan leda till livshotande tillstånd.

Använder **EXTRANEAL** (icodextrin 7,5%)  
peritonealdialysvätska

För ytterligare information besök [www.glucosesafety.com](http://www.glucosesafety.com) där finns även en lista över glukosmätare.

**Vantive**

Uppdaterat okt 2024. v 4.1

Vantive och Extraneal är varumärken som tillhör Vantive Health LLC eller dess dotterbolag.